

07	<p>MESA CIRURGICA UNIVERSAL MOTORIZADA - MESA DE OPERAÇÕES ELETRO-HIDRAULICA - ORTOPEDIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mesa de operações eletro-hidráulica para utilização em diversos tipos de cirurgia, que permita ao usuário ajustá-la através de um painel de comandos e posicioná-la na Sala de Cirurgia através de rodízios;</li> <li>- Deve ser dotada de trilhos laterais para a instalação de acessórios complementares, como placas de braços e quadros;</li> <li>- Deve suportar até 225 kg em Posição Normal, ou até 180 kg em Posição Reversa;</li> <li>- Em Posição Reversa, a placa de cabeça e as placas das pernas devem permitir o intercâmbio de suas posições;</li> <li>- Deve permitir a utilização de equipamentos de diagnósticos radiológicos, como o Arco Cirúrgico e o Raio X;</li> <li>- Sistema de acolchoamento em material viscoelástico ("espuma de efeito memória"), para maior conforto do paciente e evitar a ocorrência de escaras devido a procedimentos cirúrgicos de longa duração;</li> <li>- Controle remoto com fio, que permita ao usuário utilizá-la em qualquer localização próxima a mesa e que possua todos os comandos necessários para os principais movimentos da mesa de operações, e um botão que permita ao usuário recolocar a mesa em sua posição inicial padrão (como botão "0" ou "Posição Inicial");</li> <li>- Sistema de freios elétrico, acionado através de um botão no painel de comandos ou controle remoto;</li> <li>- Deve possuir o movimento de deslocamento longitudinal de, pelo menos, 320 mm, através de ajustes pelo painel de comandos ou controle remoto;</li> <li>- Deve possuir o movimento de elevação, com altura mínima de 600 mm do tampo da mesa até chão, através de ajustes pelo painel de comandos ou controle remoto;</li> <li>- Deve possuir o movimento de Trendelenburg / Trendelenburg Reverso (Proclive) de, pelo menos 25°, através de ajustes pelo painel de comandos ou controle remoto;</li> <li>- Deve possuir o movimento de inclinação (tilt) lateral, tanto à direita quanto à esquerda de, pelo menos 17°, através de ajustes pelo painel de comandos ou controle remoto;</li> <li>- Deve possuir o movimento da placa das costas de, pelo menos, 50° de aclave e 25° de declive, através de ajustes pelo painel de comandos ou controle remoto;</li> <li>- Deve possuir as posições flex / relex, através de ajustes pelo painel de comandos ou controle remoto;</li> <li>- Deve possuir elevador de tórax / rins, com altura mínima ajustável de 120 mm;</li> <li>- Bateria interna que permita a utilização da mesa por, pelo menos, 1 semana;</li> <li>- Deve acompanhar a mesa de operações:</li> <li>* Placa de Cabeça: 1 unidade;</li> <li>* Conjunto de Placas de Pernas, Bi-Partidas: 1 unidade;</li> <li>* Placa de Braço: 2 unidades;</li> <li>* Arco de Narcose: 1 unidade;</li> <li>* Suporte de Pernas: 2 unidades;</li> <li>* Base de Gel, Cabeça (formato de "U"): 1 unidade;</li> <li>* Kit de Extensão Ortopédica: 1 unidade.</li> </ul> <p>Deve apresentar Registro no MS, Certificado de Boas Práticas de Fabricação, assistência técnica comprovada no estado do Pará, Manual e Catálogo em português.</p> <p>Deve ser apresentado o Certificado de Garantia de no mínimo 01 (um) ano a contar da data de aceitação do equipamento, entendendo-se por aceitação a etapa que se sucede a entrega do equipamento e que se caracteriza pela realização dos testes preconizados nos manuais de operação e de serviço, bem como do treinamento operacional do (s) profissional (s), comprovando que o equipamento está operando dentro de suas condições de funcionamento. As propostas que apresentarem Certificado de Garantia abrangendo somente peças de reposição após avaliação da equipe técnica serão desclassificadas.</p> <p>Deve atender as normas de segurança para as partes envolvidas na realização de exames.</p> <p>É de responsabilidade da empresa a instalação do equipamento "in loco", assim como o treinamento do profissional para o</p>	UND	30	R\$ 53.990,00
----	---	-----	----	---------------

**HELIO FRANCO DE MACEDO JÚNIOR**  
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA  
**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 686419**

Modalidade: Pregão Eletrônico  
Número: 95/2014

Objeto: Aquisição de Material de Consumo (FERRAMENTAS, ELETRICO E HIDRÁULICO), para atender a solicitação da Divisão de Serviços Gerais/SESPA.

Entrega do Edital: [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br) no período de 16.05.2014 a 27.05.2014 de segunda a sexta de 08:00 as 17:00h

Observação: Horário de Brasília

Responsável pelo certame: ROSIVEL NUNES FERREIRA

Local de Abertura: [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br)

Data da Abertura: 28/05/2014

Hora da Abertura: 09:00

Orçamento:

Programa de Trabalho    Natureza da Despesa    Fonte do Recurso    Origem do Recurso

10122129745340000    339030    0103000000    Estadual

Ordenador: HÉLIO FRANCO DE MACÉDO JÚNIOR

**HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 035/SESPA/2014**  
**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 686605**

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de bombas de insulina para pacientes portadores de Diabetes Mellitus assistidos pela Ação Civil Pública nº 2008.39.00.006479-9, por um período de 12 (doze) meses.

FIRMA(S) VENCEDORA(S):

1. F.B.M INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA, CNPJ: 02.060.549/0001-05, foi à vencedora dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 pelo critério de menor preço por item, num valor total de R\$-7.020.328,00 (Sete milhões vinte mil trezentos e vinte e oito reais).

TOTAL GERAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 035/SESPA/2014: R\$-7.020.328,00 (Sete milhões vinte mil trezentos e vinte e oito reais).

Belém (PA), 15/05/2014.

**Helio Franco de Macedo Júnior**  
Secretário de Estado de Saúde Pública