

ITEM	SIMAS	DESCRIÇÃO	NECESSIDADE P/ 12 MESES	UND	MARCA/FABRICANTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	139025-2	INTEGRADOR QUÍMICO: Indicador químico tipo integrador, por mudança de limite/movimento frontal, onde durante a esterilização a substância química funde e migra como um líquido através da mecha de papel, tipo 5, conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, composto de uma tira de papel e um comprimido químico sensível a temperatura, tempo e vapor, acondicionados em uma embalagem composta por papel/filme e alumínio laminado, que permite efetuar o monitoramento de todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor, com performance equivalente ou superior a curva de morte microbiana do Bacilo Stearothermophilus. A embalagem deverá contemplar 03 (três) valores declarados: 121°C, 135° e uma temperatura intermediária correlacionadas com o tempo de morte do bacilo, e na temperatura de 121° deverá reagir a partir de 16,5 min. A mudança de limite é visível através da janela identificada por reject/rejeitado, e deverá atingir a área chamada de accept/aceito, se todas as condições necessárias para destruição de microrganismos no interior da embalagem forem alcançadas	35.000	UND	STERILEX/STERILEX	R\$ 1,00	R\$ 35.000,00
4	019599-5	PACOTE TESTE DESAFIO COM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA SUPER-RÁPIDA E INTEGRADOR QUÍMICO: Pacote teste desafio pronto, de uso único, composto de um Indicador Biológico de leitura super-rápida, do tipo autocontido, para o monitoramento do processo de esterilização a vapor, com tempo de resposta final negativa de 20 minutos a 50 minutos, por método de fluorescência e um Integrador Químico tipo 5, conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11140-1, O pacote é projetado para desafiar o processo de esterilização a vapor, com desempenho equivalente ao pacote teste de 16 campos AAMI. O Indicador Biológico deverá ser composto por uma câmara contendo uma população microbiana maior que 1.000.000 (um milhão) de esporos secos e padronizados de Geobacillus stearothermophilus (ATCC 7953 com certificado de Qualidade Assegurada). A câmara contendo os esporos deverá estar acondicionada em uma ampola plástica transparente e termorresistente, contendo uma ampola de vidro lacrada, com caldo nutritivo próprio para crescimento dos micro-organismos, dispositivo para quebra da ampola e material de não tecido. A etiqueta presente na ampola contém nome do produto, lote, prazo de validade, campos para informações sobre carga, esterilizadora e data e um indicador químico de exposição na parte superior da tampa, que diferencia as ampolas processadas das não-processadas. Um registro em folha com espaço para informação da carga, operador, ciclo de esterilização, registro do resultado do indicador biológico e uma tira de indicador químico de exposição estão incluídos dentro do pacote. O Integrador Químico tipo 5 deve ter leitura de resultado através de mudança de limite. Deverá acompanhar ampola externa do mesmo lote para utilização como controle positivo. O rótulo externo deverá conter nome do produto, lote e data de expiração, além de um indicador químico de exposição, que deverá mudar de cor a fim de diferenciar pacotes que foram expostos ao processo de esterilização por vapor saturado. Deverá acompanhar 02 incubadora de leitura em sistema de COMODATO conforme especificação no item 14.5 das obrigações do comandante.	1.000	PACOTE	STERILEX/STERILEX	R\$ 35,00	R\$ 35.000,00
6	159588-1	SISTEMA DE TESTE PARA QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL E MONITORAMENTO DE ROTINA DE PROCESSOS DE SELAGEM. Fita indicadora, desenvolvida para caracterizar e mostrar visualmente a integridade da faixa de selagem em envelopes de PAPEL GRAU CIRÚRGICO E TYVEK. São indicadas para o uso durante a qualificação operacional do equipamento de selagem e embalagens envolvidas.	1000	UND			R\$ 4,30 R\$ 4.300,00
8	178708-0	DETERGENTE ENZIMÁTICO: Detergente enzimático para limpeza de artigos médicos hospitalares composto por 5 (cinco) ou 6 (seis) enzimas, detergente não iônico/aniónico, pH neutro, biodegradável, não corrosivo para metais, para ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida, para processos de limpeza manual ou automatizado, de ação rápida, pouca formação de espuma, sem odor agressivo na forma concentrada ou diluída. Deverá acompanhar 01 lavadora ultrassônica em sistema de COMODATO conforme especificação no item 14.7 das obrigações do comandante.	550.000	LITRO			R\$ 0,10 R\$ 55.000,00
9	043057-9	LUBRIFICANTE MINERAL: Solução lubrificante a base de óleos minerais sem silicone, especialmente formuladas para prevenir corrosão e travamento das articulações de instrumentais cirúrgicos e outros materiais. É um lubrificante não oleoso, hidrossolúvel totalmente permeável ao vapor da esterilização. Frascos de 1L.	5	FRASCO 1L	MAEGALUB/ COSMODRMA		R\$ 50,00 R\$ 250,00
17	205067-6	INDICADOR QUÍMICO PARA MONITORAR TEMPERATURA DE LAVADORAS TERMODESINFECTADORA para controle de termo- desinfecção. Termômetro de mudança química irreversível (permanente) que grava e registra instantaneamente a temperatura das superfícies dos equipamentos de lavagem. Dever ter temperaturas calculadas, fornecidas na janela do sensor para assegurar que a lavadora está atingindo a temperatura desejada. Cada registrador deve conter quatro grandes janelas de indicação de 6mm de diâmetro nas diferentes calibrações, 71°C, 77°C, 82°C, e 88°C aproximadamente. O indicador deve mudar totalmente de cor após a exposição apropriada à temperatura desejada a ser atingida, constituído de cobertura plástica resistente ao calor para encapsular os indicadores químicos termossensíveis e protegê-los de contaminação por solventes, sujeiras, sangue, água e altas temperaturas.	600	UND	TEMP A SURE/ STERIS		R\$ 45,00 R\$ 27.000,00
18		PANOS DE LIMPEZA/LIMPADORES DESCARTÁVEIS: panos de limpeza de uso prolongado específico par SECAGEM de instrumentais e FORRAÇÃO de bandejas, autoclavável, feitos de polipropileno e celulose, possuir alta capacidade de absorção de líquidos e alta resistência. Tamanho: 28 x 41,5 cm aproximadamente. Cor branca ou bege. Deverá acompanhar 02 suportes para o rolo em sistema de COMODATO conforme especificação no item 14.9 das obrigações do comandante.	500	ROLO	OBER/ OBER		R\$ 450,00 R\$ 225.000,00
VALOR:							R\$ 381.550,00

O valor global estimado desta Ata é de R\$ 381.550,00 (Trezentos e oitenta e um mil quinhentos e cinquenta reais).

DRA ALESSANDRA LIMA LEAL
ORDENADORA RESPONSÁVEL.

Protocolo: 538496

HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUI

DIÁRIA

PORTARIA Nº 065 DE 31 DE MARÇO DE 2020

Objetivo: REUNIÃO TÉCNICA QUE SERÁ REALIZADA COM O SECRETÁRIO ADJUNTO DE SAÚDE PÚBLICA, SOBRE O SUPORTE QUE A REFERIDA SECRETARIA DARÁ A ESTE HOSPITAL REGIONAL, QUE ESTARÁ COMO RETAGUARDA AO ATENDIMENTO A PACIENTES COM SUSPEITA DE CORONAVÍRUS.