TORNAR SEM EFEITO**PORTARIA Nº011/2021 – CAPE/GP/FSCMP**

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto do dia 02/05/2019, publicado no DOE nº 33.864,

R E S O L V E:

CONCEDER, férias regulamentares a (o) servidor (a) MARISETH CARVALHO DE ANDRADE, Estatística, Matrícula Nº 5681642/5 no período de 04/01/2021 a 03/02/2021, referente ao exercício de 2019, no período aquisitivo de 02/06/2019 a 01/06/2020.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Belém – PA, 14 de Janeiro de 2021

BRUNO MENDES CARMONA

Presidente da FSCMP

Protocolo: 619824

PORTARIA Nº023/2021 – CAPE/GAB/FSCMP

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto do dia 30/04/2019, publicado no DOE nº 33.864, de 02/05/2019,

R E S O L V E:

TORNAR SEM EFEITO o período de férias de MANOEL EDUARDO AMORAS GONÇALVES, Médico, lotada na Gerência de Cirúrgica Pediátrica, Matrícula Nº 5255627/3, concedida de 18/01/2021 a 16/02/2021, conforme PORTARIA Nº 653/2020, publicada no DOE Nº. 34.437 DE 16/12/2020.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Belém – PA 18 de Janeiro de 2021.

BRUNO MENDES CARMONA

Presidente da FSCMP

Protocolo: 619817

PORTARIA Nº022/2021 – CAPE/GAB/FSCMP

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto do dia 30/04/2019, publicado no DOE nº 33.864, de 02/05/2019,

R E S O L V E:

TORNAR SEM EFEITO o período de férias de CLAUDETE LOBATO DOS SANTOS, Assistente Administrativo, lotada na Gerência de Neonatologia, Matrícula Nº 57197092/1, concedida de 18/01/2021 a 16/02/2021, conforme PORTARIA Nº 653/2020, publicada no DOE Nº. 34.437 DE 16/12/2020.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Belém – PA 18 de Janeiro de 2021.

BRUNO MENDES CARMONA

Presidente da FSCMP

Protocolo: 619807

OUTRAS MATÉRIAS**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2021/FSCMP**

Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 064/2020 - FSCMP, Processo nº 409786/2020, homologado pelo ordenador de despesa, em 13/01/2021.

OBJETO: Pregão, na forma Eletrônica, para SRP, tem por objeto a futura e eventual "AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR (BALANÇA PEDIÁTRICA, CAMA, CARDIOVERSOR e DETECTOR FETAL)", para suprir a necessidade desta Fundação, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital).

VIGÊNCIA: A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 18/01/2021 a 18/01/2022, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.

ENCARTE:

R.C. MÓVEIS LTDA, com sede em Av.Moisés Forti, nº 1.230, Distrito Industrial, Capivari-SP, CEP: 13.360-000, Telefone: (19)2119-9000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº: 02.377.937/0001-06, e-mail: licitacoes@rcmoveis.com.br / vendas@rcmoveis.com.br					
Item	Especificação	Marca/Fabricante	Qtd.	Valor unitário	Valor Total
02	CAMA PPP COM MOTORIZAÇÃO TRIPLA E PESEIRA DIMENSÕES: 1870 X 890 (CxL). ALTURA: MIN.:70cm e MAX.: 97cm. CAPACIDADE: 200KG ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICA.	RC MÓVEIS	09 UNID	10.900,00	98.100,00
Valor Global			R\$ 98.100,00		

ORDENADOR RESPONSÁVEL: Dr. BRUNO MENDES CARMONA

Protocolo: 619673

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021/FSCMP

Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 064/2020 - FSCMP, Processo nº 409786/2020, homologado pelo ordenador de despesa, em 13/01/2021.

OBJETO: Pregão, na forma Eletrônica, para SRP, tem por objeto a futura e eventual "AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR (BALANÇA PEDIÁTRICA, CAMA, CARDIOVERSOR e DETECTOR FETAL)", para suprir a necessidade desta Fundação, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital).

VIGÊNCIA: A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 18/01/2021 a 18/01/2022, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.

ENCARTE:

MEDPEJ- EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, com sede em Rua Campinas, 2248, Bairro: Vila Elisa, Ribeirão Preto -SP, CEP: 14075-070, Telefone: (16)3238-0300, inscrita no CNPJ/MF sob o nº: 03.155.958/0001-40, e-mail: ven-das.07@medpej.com.br					
Item	Especificação	Marca/Fabricante	Qtd.	Valor unitário	Valor Total
04	DETECTOR FETAL DE MESA; MONITOR DOPPLER-DF 7000 D; ANVISA Nº 8012784002; Sua utilização é recomendada para detectar os batimentos cardíacos fetais entre a 10ª e 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez. Esse método de diagnóstico permite detectar gravidez prematura e pode ser utilizado para verificar se existe vida fetal durante ameaça de aborto. Ainda é possível detectar gravidez múltipla entre a 10ª e 12ª semana. Posteriormente entre a 24ª e 26ª semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localização e facilita o diagnóstico da placenta prévia. O fluxo do cordão umbilical também pode ser ouvido nesse estágio. Tensão da fonte de alimentação: Entrada: 110 - 230 Vc.a. 50/60 Hz. Saída: 9 Vc.c. 1A. Bateria interna: Não aplicável. Potência máxima de consumo: 32VA / 15W. Potência máxima do áudio: 1000 mW. Saída para fone de ouvido. Desligamento automático após 1 minuto sem uso. Controle digital de volume com 9 níveis e salvamento automático do último nível selecionado. Controle digital da tonalidade em 10 níveis (0-9), sendo o nível 9 mais agudo. Interface com membrana e display LCD para mostrar os batimentos do coração do feto, nível do volume (1-9), nível da tonalidade (0-9) e frequência de trabalho. Luz no painel para indicar o estado de espera (stand by) do equipamento quando energizado pela rede elétrica. Faixa de medição da FCF: 30 a 240 bpm. Frequência de trabalho: 2 MHz ± 10%. Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50 mm. Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 mm. Potência ultrassônica: < 5mW/cm². Gabinete e transdutor injetados em material ABS, altamente resistentes à oxidação e deterioração. Suporte lateral para aporte do transdutor. Dimensões (Altura/Largura/Profundidade): 100 X 252 X 222 mm. Peso líquido: 1,4 Kg.	MEDPEJ	19 UNID	750,00	14.250,00
05	DETECTOR FETAL PORTÁTIL. MONITOR DOPPLER-DF 7001 D; ANVISA Nº 80127840024; Sua utilização é recomendada para detectar os batimentos cardíacos fetais entre a 10ª e 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez. Esse método de diagnóstico permite detectar gravidez prematura e pode ser utilizado para verificar se existe vida fetal durante ameaça de aborto. Ainda é possível detectar gravidez múltipla entre a 10ª e 12ª semana. Posteriormente entre a 24ª e 26ª semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localização e facilita o diagnóstico da placenta prévia. O fluxo do cordão umbilical também pode ser ouvido nesse estágio. Alimentação do equipamento: 1X Bateria NI-MH 9V recarregável e Carregador para bateria 9V. Autonomia máxima de consumo: 5 horas. Potência máxima de consumo: 2VA. Potência máxima do áudio: 1000 mW. Saída para fone de ouvido. Desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem uso. Controle digital de volume com 15 níveis e salvamento automático do último nível selecionado. Interface com display LCD e backlight para mostrar os batimentos do coração do feto, nível da bateria, frequência de trabalho e a seleção do alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Faixa de medição da FCF: 30 a 240 bpm. Alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Frequência de trabalho: 2 MHz ± 10%. Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50 mm. Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 mm. Potência ultrassônica: < 5mW/cm². Transdutor 2 MHz IP68 (opcional). Gabinete e transdutor injetados em material ABS, altamente resistentes à oxidação e deterioração. Suporte lateral para aporte do transdutor. Dimensões(Altura/Largura/Profundidade):135 X 117 X 33 mm. Peso líquido: 0,565 Kg.	MEDPEJ	19 UNID	332,45	6.316,55
Valor Global			R\$ 20.566,55		

ORDENADOR RESPONSÁVEL: Dr. BRUNO MENDES CARMONA

Protocolo: 619666