

2.	TERMODESINFECTADORA DE UTENSÍLIOS DE BARREIRA: Para lavagem, enxague e desinfecção térmica automática de instrumentais, utensílios, vidrarias de laboratório, tubos e acessórios para anestesia, tubos de sucção e outros. Devendo ter duas portas de fechamento e deslizamento vertical automático. Bandejas de lavagem e apoio inferior e braços giratórios deverão acompanhar o equipamento. Possuir impressora para gerenciamento de cada ciclo. Volume da câmara de no mínimo 290 litros. Estrutura em perfil de aço inoxidável 304. Câmara interna em aço inox AISI-304, acabamento polido sanitário e iluminação interna através de lâmpada fluorescente. Possui fundo cônico para facilitar a drenagem e garantir que não haja resquícios dos materiais lavados. Bomba de circulação de água nas fases de lavagem, enxágue e desinfecção térmica. Injeção de água sobre pressão nas tubulações dos racks e nos braços rotativos. Sistema programável de dosagem para controle de injeção de detergentes enzimáticos através de 4 bombas peristálticas. Sistema hidráulico com tubulações em aço inoxidável e válvulas em latão. Unidade de secagem, permitindo a secagem dos materiais e instrumentais através da circulação de ar quente filtrado no interior da câmara. Deve prever uma turbina amplamente dimensionada para direcionamento do ar coletado do ambiente externo através de filtro absoluto tipo HEPA. Ar aquecido através de trocador de calor, através de resistências elétricas. Tempo e a temperatura de secagem são programados por software ...	01	R\$247.500,00	VIZAMED INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
3.	GABINETE DE SECAGEM: Equipamento de secagem para uso pós lavagem de tubos, mangueiras, instrumentos metálicos, vidros, borrachas, etc. Com portas, câmara e corpo em aço inoxidável AISI 304, com acabamento escovado. Conjunto da câmara deverá ser montado em estrutura de perfis reforçados, em aço inoxidável. Para uma perfeita circulação de ar quente e para que o ar tenha um fluxo adequado atingindo todas as camadas, a câmara deverá ser dotada de paredes com aberturas. Sistema deverá prever um pré filtro e filtro tipo HEPA na entrada do ar, e deverá garantir a circulação de ar limpo e aquecido. Ciclos com aquecimento controlado por um determinado período e resfriamento. O aquecimento deverá ser feito por um grupo de resistências em aço inoxidável, posicionadas na parte superior do equipamento. Controlador Eletrônico, deverá prever grande precisão de controle, com funções embutidas, ou seja, subida de temperatura por modelo tipo "PID" para evitar uma provável sobre temperatura. Segurança, o equipamento deverá possuir disjuntor motor. Um termostato mecânico deverá proteger o circuito elétrico, evitando-se desta forma, que as resistências continuem ligadas e consequentemente sofram danos. O operador deverá ter opção para manutenção do funcionamento do motor por mais tempo, até a queda da temperatura à valores menores que o do patamar. Deverá ainda estar equipada com chave geral para casos de emergência e ou até mesmo desligar o sistema. Instalação inclusa. O fornecedor deve entregar com as qualificações de instalação e operação inclusas, de acordo com o recomendado na RDC nº15/2012 da ANVISA e garantia de 1 ano.	01	R\$ 64.400,00	SANDERS DO BRASIL LTDA

TOTAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/FHCGV/2022:
R\$ 350.900,00 (Trezentos e cinquenta mil e novecentos reais)
Belém/PA, 07 de junho de 2022.
Ricardo Jorge de Moura Palheta
Ordenador Responsável

Protocolo: 810484
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/FHCGV/2022
OBJETO: Aquisição de 01 (um) Equipamento Balão Intra-Aórtico a ser utilizado nos pacientes para atender a demanda de atendimento das cirurgias cardíacas realizadas na Unidade Coronariana Adulta da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FPEHCGV).
EMPRESA(S) VENCEDORA(S):

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	VALOR GLOBAL	VENCEDOR
1.	Sistema permanente de assistência circulatória temporária para uso com cateter percutâneo de contra-pulsão aórtica- BIA (console balão intra-aórtico), para assistência a pacientes críticos, adultos e pediátricos, o qual utiliza o gás hélio como fonte de insuflação; tenha bateria integrada recarregável, fonte de alimentação com voltagem 110 ou 220V (padrão brasileiro); contendo cabos permanentes de eletrocardiograma, transdutor de pressão, fonte de alimentação de energia, bem como dispor de portabilidade para realizar transporte em uso com bateria para autonomia de no mínimo 2 (duas) horas.. Monitor cristal líquido com matriz ativa ou eletroluminescência colorido com indicação da curva de monitoração do ECG; Pressão interna do cateter; Capacidade de leitura de pressão por meio de fibra óptica. Capacidade para ECG com 12 derivações. Sincronismo automatizado. Inflação e desinflação automático. Disparo por meio do sinal do ECG, marcapasso a, v e a-v. Ajuste de assistência ao paciente de no mínimo 1:1, 1:2, 1:3. Proteção contra disparo do desfibrilador. Alerta contra falhas de derivação. Remoção de condensação do sistema de gás hélio. Impressora térmica com capacidade para imprimir dois canais simultâneos. Sistema de isolamento do paciente. Acessórios: 02 cabos de ECG com proteção contra descarga de desfibrilador e interferência de bisturi elétrico; 02 cilindros de gás hélio recarregáveis; 01 doppler ultrassônico; 01 conector de três vias e demais acessórios necessários para o funcionamento do equipamento. É imperativo que o console seja compatível com cateteres nos tamanhos pediátrico e adultos, compatível com cateteres BIA com sistema de fibra óptica e cateteres BIA convencionais; compatível com cateteres descartáveis de 25cc a 50cc.	01	R\$ 393.750,00	GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.

TOTAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/FHCGV/2022:
R\$ 393.750,00 (Trezentos e noventa e três mil, setecentos e cinquenta reais)
Belém/PA, 07 de junho de 2022.
Ricardo Jorge de Moura Palheta
Ordenador Responsável

Protocolo: 810488
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/FHCGV/2022
Processo Nº 177531/2022
OBJETO: A presente licitação tem por objeto a aquisição de Fios e Materiais Cirúrgicos para atender a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FPEHCGV).
EMPRESA(S) VENCEDORA(S):

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	VALOR GLOBAL	VENCEDOR
1.	Poliglecaprone 25 3-0 70cm; ag. 1/2 - 3,0 cm cilíndrica	312	Cancelado por inexistência de proposta	
2.	Poliglecaprone 25 4-0 70cm; ag. 1/2 - 2,6 cm cilíndrica	312	R\$ 3.469,44	SITE MEDICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA
3.	Poliglecaprone 25 4-0 45 cm; ag. 3/8 - 1,9cm cortante	312	R\$ 3.397,68	SITE MEDICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA
4.	Poliglecaprone 4-0 70cm; ag. 1/2 - 1,5cm cilíndrica	1.200	R\$ 17.868,00	SITE MEDICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA
5.	Poliglecaprone 5-0 70cm; ag. 1/2 - 1,5cm cilíndrica	528	R\$ 5.897,76	SITE MEDICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA
6.	Poliglactina tecida ou similar 2-0,70 cm; ag 1/2 - 2,5 cm, cilíndrico; gastrointestinal	600	R\$ 5.490,00	SITE MEDICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA
7.	Poliglactina tecida ou similar 3-0,70 cm; ag 3/8 - 3,0 cm, cilíndrico; gastrointestinal	600	R\$ 4.896,00	SITE MEDICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA
8.	Fio de marca passo temporário 2-0 2x60; 2 ag. 1/2	2.592	R\$ 114.999,99	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA
9.	Hemostático absorvível de celulose e/ ou colágeno, tecida/trançada, medindo aproximadamente 10x20	3.000	R\$ 597.600,00	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA

TOTAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/FHCGV/2022:
R\$ 753.618,87 (setecentos e cinquenta e três mil, seiscentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos)
Belém/PA, 07 de junho de 2022.
Ricardo Jorge de Moura Palheta
Ordenador Responsável

Protocolo: 810506
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 53/FHCGV/2022
Processo Nº 1398597/2021
OBJETO: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para aquisição eventual de produtos para hemodiálise para atender a necessidade de 12 (doze) meses no Serviço de Terapia Renal Substitutiva (STRS) e no Centro de Hemodiálise Dr. Monteiro Leite (CHML) da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCVG).
EMPRESA(S) VENCEDORA(S):

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VENCEDOR
1.	AGULHA DE FAV No 15 - agulha para punção arterial e venosa para procedimento de hemodiálise, dupla, com dispositivo de segurança para perfurocortantes, com tamanho da agulha de 25mm de comprimento tubo com 30 cm	9.000	R\$ 2,38	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI
2.	AGULHA DE FAV No 16- agulha para punção arterial e venosa para procedimento de hemodiálise, dupla, com dispositivo de segurança para perfurocortantes, com tamanho da agulha de 25mm de comprimento tubo com 30 cm	45.000	R\$ 1,44	BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
3.	Isolador de pressão - Em PVC, transparente, rígido, atóxico, com membrana hidrófoba com porosidade 0,2 micra, estéril.	54.000	Cancelado no julgamento	
4.	Removedor de curativos, frasco com aplicador/borrifador com 100 ml	900	R\$ 43,89	DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI

TOTAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 53/FHCGV/2022:
R\$ 125.721,00 (Cento e vinte e cinco mil, setecentos e vinte e um reais).
Belém/PA, 07 de junho de 2022.
Dr. Ricardo Jorge de Moura Palheta
Ordenador Responsável

Protocolo: 810514