

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/FHCGV/2023

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a aquisição de insumos utilizados para a realização de exames imunohematológicos para atender as necessidades da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna.

EMPRESA(S) VENCEDORA(S):

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	VALOR GLOBAL	VENCEDOR
1.	Hemácias A1 e B. Especificação: Kit de hemácias A1 e B, na concentração de 0,8% a 1%, destinadas A tipagem sanguínea reversa pela técnica gel centrifugação. Estáveis por um período não inferior a 28 dias Apresentação: Caixa com 2 frascos de 10 ml cada, suficientes para 200 testes.	39 JGS	R\$ 128.220,22	DIAMED LATINO AMERICA S.A
2.	Hemácias I e II Especificação: Kit de Hemácias contendo 2 frascos, I e II fenotipadas, sendo que uma delas deve conter o antígeno DIA, na concentração de 0,8 a 1,0% destinadas a pesquisa de anticorpos irregulares pela técnica de gel centrifugação. Estáveis por um período não inferior a 28 dias. Apresentação: Caixas com 2 frascos de 10 ml cada. Suficientes para 200 testes.	39 JGS		
3.	Controle de Qualidade Interno - CQI Especificação: Conjunto para controle interno de qualidade para imunohematologia contendo: 05 frascos de 4ml contendo suspensão 5% de hemácias teste discriminadas a seguir: Hemácias teste 1-AB Rho D positivo. Hemácias teste 2-O Kell positivo, R1R1. Hemácias teste 3-O Rho D negativo. Hemácias teste 4-O Rho D fraco. Hemácias teste 5-Teste de Coombs direto positivo. 03 frascos de 3 ml de soro de origem humana com a seguinte especificação: Soro teste 1- Contendo anticorpos irregulares (teste de coombs indireto). Soro teste 2-contendo anticorpos irregulares (Teste enzimático). Soro teste 3- Sem anticorpos irregulares. Apresentação: Conjunto com (5x4 ml- 3x3ml).	13 JGS		
4.	Cartões Confirmação ABD - Confirmação. Especificação: Cartão com 6 microtubos, fundo em V, sendo os microtubos 1, 2 e 3 contendo anticorpos monoclonais anti A e anti B, respectivamente, suspensos em Gel sephadex superfino. Os microtubos 4,5 e 6, são idênticos com os anteriores. Apresentação: Caixa com 48 cartões, suficientes para 96 classificações sanguíneas.	43 CXS		
5.	Cartões ABO/D + Prova Reversa. Especificações: Cartão com 6microtubos, fundo em V, sendo os microtubos 1,2 e 3 contendo anticorpos monoclonais anti A, anti B e anti D, respectivamente, suspenso no gel. Os microtubos, 4 controles (Cti), 5 e 6, prova reserva, contém um tampão NaCl suspenso em gel. Cartão destinado à classificação sanguínea direta e reversa. Apresentação: Caixa com 4 estantes, 48 cartões e 6 microtubos. Suficiente para 48 testes.	55 CXS		
6.	Cartões ABO/Rh - New Born. Especificação: Cartão com 6 microtubos, fundo em V, sendo os microtubos 1, 2, 3 e 4. Contendo anticorpos monoclonais Anti A, Anti B, Anti AB e Antio D, respectivamente, suspenso em gel, e os microtubos 5 e 6, Cti, e TAD, (antiIgG + C3D), respectivamente suspenso em gel. Cartão destinado a classificação sanguínea direta de recém nascidos. Apresentação: Caixa com 48 cartões. Suficientes para 48 testes.	07 CXS		
7.	Diluyente 2. Especificação: Frasco contendo uma solução de LISS (baixa força iônica), pronta para uso, para preparo de suspensão de hemácias e estáveis por um ano a uma temperatura de 2 a 8°C. Apresentação: Caixa com 2 frascos de 100 ml cada. Suficientes para 200 testes de prova de compatibilidade ou 200 confirmações de nD negativos a 400 testes de classificação sanguínea ou 400 reclassificações ABD.	34 JGS		
8.	Cartões LISS Coombs. Especificação: Cartão com 6 microtubos, fundo em V, contendo antiglobulinapoliespecífico (antiIgG de coelho, anti C3d monoclonal), suspensos em gel, destinados a pesquisa de anticorpos irregulares (Coombs Direto) e prova de compatibilidade sanguínea. Apresentação: Caixa com 4 estantes, 48 cartões e 6 microtubos.	42 CXS		
9.	Ponteiras. Especificação: ponteiras plásticas com os anéis de vedação e capacidade volumétrica aproximadamente 300ul, destinadas ao uso no pipetador específico ao desenvolvimento da técnica gel centrifugação. Apresentação: pacote com 1000 ponteiras	13 PCT		