

Há disponibilidade de roupa hospitalar? Sim () Não ()

ALOJAMENTO CONJUNTO (quando houver centro de obstetrícia)

É garantido o direito ao acompanhante? Sim () Não ()

O bebê permanece o tempo todo com a mãe no alojamento? Sim () Não ()

Quantidade de berços compatíveis com o número de leitos? Sim () Não ()

Há distanciamento mínimo de 0,6m entre os berços (RDC 50/2002)? Sim () Não ()

BLOCO CIRÚRGICO:

Tem anestesistas? Sim () Não ()

Próprios? Sim () Não ()

Contratados: Sim () Não ()

Possui sala de parto normal? Sim () Não ()

Possui sala de parto cirúrgico/curetagem? Sim () Não ()

O parto é realizado por: () Médico () Enfermeira obstétrica () Outros profissionais. Quais? _____

Equipamentos:

Carro de anestesia? Sim () Não ()

Fornecimento de Oxigênio: Canalizado () Rede ()

Mesa cirúrgica: Foco () Aspirador () Instrumentais ()

Possui sala de Recuperação Pós Anestésica (RPA)? Sim () Não ()

CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO [2]

Qual o profissional responsável pelo setor? _____

Possui fluxo de entrada de material contaminado e saída de material esterilizado independentes? Sim () Não ()

Há área de recepção, desinfecção e separação de materiais? Sim () Não ()

Realiza esterilização? Sim () Não ()

Tipos de equipamentos: Autoclave () Estufa ()

Possui vestiários c/ sanitários para funcionários do setor? Sim () Não ()

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO:

Possui laboratório de análises clínicas próprio ou terceirizado? Sim () Não ()

Possui ultrassom: Sim () Não ()

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL:

Capote: Sim () Não ()

Luvas: Sim () Não ()

Máscaras: Sim () Não ()

Há utilização correta dos EPI's? Sim () Não ()

DA ESTRUTURA FÍSICA EM GERAL EDIFICAÇÃO

A edificação atende às necessidades de acessibilidade? Sim () Não ()

A edificação permite fácil remoção dos pacientes em caso de incêndio ou enchentes? Sim () Não (). De que forma? _____

Se edificação com mais de um pavimento, dispõe de elevadores em boas condições de uso? Sim () Não ()

Possui usina/abrigo para cilindros de gases medicinais? Sim () Não ()

CONDIÇÕES FÍSICAS E HIGIÊNICAS

Condições de higiene do local: () Ótima () Boa () Regular () Insatisfatória () Precária

Condições de ventilação: () Ótima () Boa () Regular () Insatisfatória () Precária

Condições de iluminação: () Ótima () Boa () Regular () Insatisfatória () Precária

LIMPEZA E ZELADORIA

A limpeza é do próprio quadro ou terceirizada? _____

•Quais as condições de higiene e limpeza da unidade? _____

RESÍDUOS HOSPITALARES (LIXO)

O transporte do lixo hospitalar é próprio ou terceirizado? _____

Existe separação do lixo hospitalar por categoria? Sim () Não ()

O lixo hospitalar é retirado separado do lixo comum? Sim () Não ()

ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO HOSPITALAR)

(Tem que estar na área externa do hospital)

Há isolamento do lixo hospitalar, em ambiente com paredes impermeabilizadas para facilitar a limpeza? Sim () Não ()

O setor está em boas condições de higiene? Sim () Não ()

O lixo é estocado separado por categoria com identificação visível? Sim () Não ()

Há presença de insetos e/ou roedores no local durante a inspeção? Sim () Não ()

A coleta externa é feita por veículo especializado? Sim () Não ()

Existe acesso exclusivo ao setor? Sim () Não ()

DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Qual a rede de fornecimento? () Rede pública () Poço artesiano

Possui caixa d' água ou cisterna? Sim () Não ()

ESGOTO

Os efluentes vão diretamente para a rede pública? Sim () Não ()

SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIOS

Há sistema de combate a incêndio? Sim () Não ()

Possui certificação vigente do Corpo de Bombeiros? Sim () Não (). Em caso positivo solicitar cópia.

Os extintores estão dentro do prazo de validade? Sim () Não ()

Há saídas de emergência sinalizadas? Sim () Não ()

CONTROLE DE PRAGAS

Possui certificação atualizada da Vigilância Sanitária? Sim () Não (). Em caso positivo anexar cópia.

LAVANDERIA

O serviço de lavanderia é próprio ou terceirizado? _____

GASES MEDICINAIS

Possui área para tanques de gases medicinais? Sim () Não ()

Possui área específica para centrais de gases (cilindros)? Sim () Não ()

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Data/hora da visita: _____

Entrevistados: _____

Responsável pela entrevista: _____

Assinatura /Carimbo

[1] 1 posto para cada 30 leitos

[2] Deve existir quando houver centros cirúrgico, obstétrico e/ou ambulatorial, hemodinâmica, emergência de alta complexidade e urgência. A unidade pode estar dentro ou fora do hospital.

Protocolo: 926150

Extrato da PORTARIA Nº07/2023-MP/PJTS

O Promotor de Justiça Titular de Terra Santa, no uso de suas atribuições legais previstas nos artigos 127 e 129, incisos II e VI, da Constituição Federal, na forma da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, combinado com o artigo 52, incisos I e V, da Lei Complementar do Estado do Pará nº 57/2006, o artigo 31 da Resolução 07/2019 do CPJ/MPPA, a Lei 14.133/2021, no seu artigo 6º, inciso XX, e segundo o artigo 6º, inciso XXIII da Lei 14.133 - Nova Lei de Licitações, a Lei 14.133/2021, no seu artigo 18, o artigo 63 da Lei 4.320/64, torna pública a instauração do Procedimento Administrativo SIMP Nº 000012-043/2022, que se encontra a disposição na Promotoria de Justiça de Terra Santa, situada na TV. Santa Terezinha - Centro - CEP: 68.285-000 Terra Santa - Fone/ Fax: (93)3538-1554.

PORTARIA nº 007/2023-MP/PJTS

Investigados: Município de Terra Santa e a empresa Oliveira Construtora e Serviços LTDA

Assunto: Acompanhar e fiscalizar a tomada de preços nº 0003/2021, e a execução do contrato administrativo nº 085/202', firmado entre o Município de Terra Santa e a empresa Oliveira Construtora e Serviços LTDA.

Osvaldino Lima de Sousa - Promotor de Justiça

Protocolo: 926165

Extrato da Recomendação Nº 002/2023-MP/PJTS

O Promotor de Justiça Titular de Terra Santa, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com fundamentado nos artigos 127 e 129, incisos II, VI e IX da Constituição Federal, artigo 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93; art. 55, e conforme prescrito no artigo 127, caput, da Constituição Federal, segundo o artigo 6º, XX da Lei Complementar nº 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União) e o artigo 27, parágrafo único, inciso IV da Lei nº 8.625/93; e o art. 55, parágrafo único, inciso IV da Lei Complementar Estadual nº 057/06, torna pública a expedição da Recomendação nº 002/2023-MP/PJTS (Procedimento Administrativo nº 000667-043/2022) que se encontra a disposição na Promotoria de Justiça de Terra Santa, situada na TV. Santa Terezinha - Centro - CEP: 68.285-000 Terra Santa - Fone/Fax: (93) 3538-1554.

Recomendação nº 002/2023-MP/PJTS

Interessados: Secretário Municipal do Meio Ambiente, Delegado de Polícia Civil e a Comandante da Polícia Militar

Assunto: Recomenda ao Secretário Municipal do Meio Ambiente, o seguinte:

1. Crie meio eficaz para denúncias de poluição sonora, tal como o chamado "disque silêncio", devendo ser providenciada a ampla divulgação do número de telefone para a população Farense;
2. A lavratura de auto de infração contra os estabelecimentos comerciais ou pessoas físicas que estejam realizando poluição sonora;
- 3 - Que apresente ao Ministério Público, bimestralmente, relatório de fiscalização de festas e bares, com o fim de coibir a prática infrações administrativas de poluição sonora e a contravenção de perturbação do sossego público;
- 4 - Que fiscalize o local em será realizado o show do cantor George Japa, com o escopo de verificar se o local possui infraestrutura para evitar poluição sonora.

Ao Delegado de Polícia Civil para que:

- 1 - Aprenda os instrumentos que foram usados para prática do crime de poluição sonora ou a contravenção da perturbação do sossego público;
- 2 - Negue a expedição de alvarás para os estabelecimentos que não apresentarem documentos comprovando que seu local de evento possui estrutura para coibir a poluição sonora.

- 3 - Que realize fiscalização com o escopo de coibir a poluição sonora, principalmente nos finais de semana.

Ao Comandante da Polícia Militar e seus comandados que:

- 1 - Apreendam, no exercício do Poder de Polícia, os objetos e veículos que forem usados para o cometimento do crime de poluição sonora. Após, apresentem esses instrumentos para o delegado, lavrando o devido boletim de ocorrência

Cabe ressaltar que essas medidas devem ser tomadas de ofício, isto é, independentemente de qualquer tipo de solicitação ou requerimento, sem que seja necessária a identificação da pessoa perturbada.

Osvaldino Lima de Sousa - Promotor de Justiça

Protocolo: 926170